令和２年６月９日

放 射 能 分 析 結 果 書

宮田村役場　建設課　殿

（一財）中部公衆医学研究所
長野県飯田市高羽町６-２-２
理事長　　西　澤　良　彦

令和２年６月８日ご依頼の放射能分析
について結果をご報告いたします。

検体名　：宮田コンポストセンター　脱水汚泥
採取日時：令和２年６月５日　　11：40
分析目的：放射性物質の分析

分析法

NaI(T1)シンチレーションスペクトルメトリー検出器を用いた核種分析

測定機器

測定機器:Raytest 社製 Mucha

分析結果

分析項目(核種)	結果	定量下限値
放射性セシウム-137	検出せず	10Bq/kg
放射性セシウム-134	検出せず	10Bq/kg
放射性ヨウ素-131	検出せず	10Bq/kg

測定時間 3600 秒

備考

採取日時からの放射能の減衰補正は行っておりません。